

**FICHE RECAPITULATIVE DES ANALYSES PRESENTEES**

**ECHANTILLON**

N° de laboratoire :	<u>178107</u>	N° échantillon :	<u>995474</u>
Produit(s) confirmé(s) :	<u>Analyse isotopique 13C/12C</u>		
pH mesuré en conf :	<u>5,226</u>	Densité affichée en conf :	<u>1,025</u>
		Réfractomètre n° :	<u>2</u>
		* Densité corrigée :	<u>1,025</u>

**CONFIRMATION QUALITATIVE**

Essai n° :	<u>EC 31</u>		
Mode opératoire de préparation :	<u>M-EX-24</u>	Version :	<u>C</u>
Mode opératoire d'analyse :	<u>M-AN-52/41</u>	Version :	<u>A/B</u>
CG/SM (SCAN) <input checked="" type="checkbox"/>	CG/SM (SIM) <input type="checkbox"/>	CG/SM2 <input type="checkbox"/>	CG/SM3 <input type="checkbox"/>
CL/SM <input type="checkbox"/>	CL/SM2 <input type="checkbox"/>	CL/SM3 <input type="checkbox"/>	CL/UV <input type="checkbox"/>
IMM <input type="checkbox"/>	EPO <input type="checkbox"/>	CG/C/IRMS <input checked="" type="checkbox"/>	Cytométrie <input type="checkbox"/>

**CONFIRMATION SEMI-QUANTITATIVE**

Essai n° :	<u>EC</u>		
Mode opératoire de préparation :	<u>M-EX-</u>	Version :	<u></u>
Mode opératoire d'analyse :	<u>M-AN-</u>	Version :	<u></u>
	CG/SM (SIM) <input type="checkbox"/>	CG/SM (SCAN) <input type="checkbox"/>	
CL/SM (SIM) <input type="checkbox"/>	CL/SM2 <input type="checkbox"/>	CL/SM3 <input type="checkbox"/>	CL/UV <input type="checkbox"/>
Concentration estimée :	<u></u>		
* Concentration corrigée :	<u></u>		

**CONFIRMATION QUANTITATIVE**

Essai n° :	<u></u>		
Mode opératoire de préparation :	<u></u>	Version :	<u></u>
Mode opératoire d'analyse :	<u>M-AN-</u>	Version :	<u></u>
CG/TSD <input type="checkbox"/>	CG/SM (SIM) <input type="checkbox"/>	CG/SM (SCAN) <input type="checkbox"/>	IMM <input type="checkbox"/>
Concentration mesurée :	<u></u>		
* Seuil corrigé :	<u></u>		

**DEPISTAGE RAPIDE**

ES02 -BBS (CG-SM) <input type="checkbox"/>	ES08 -HES (CG/SM) <input type="checkbox"/>	ES06 - IMM <input type="checkbox"/>
ES02C -EPH (CG/SM) <input type="checkbox"/>	ES08B -PS <input type="checkbox"/>	ES07 -EPO <input type="checkbox"/>
ES03 -CD (CL/SM) <input type="checkbox"/>	ES03B -LCH (CL/SM/SM) <input type="checkbox"/>	ESS01 -HBOCs <input type="checkbox"/>
ES04 -H (CG/SM) <input type="checkbox"/>	ES05 -MS2 (CG/SM/SM) <input type="checkbox"/>	ESS02 - TS <input type="checkbox"/>
ES03C -LCH (CL/SM) <input type="checkbox"/>		

Code opérateur de l'analyste : <u>49</u>	Code opérateur du responsable : <u>10</u>
Date et paraphe : <u>24/07/06</u> <i>[Signature]</i>	Date et paraphe : <u>24/07/06</u> <i>[Signature]</i>
Hors portée d'accréditation : <input type="checkbox"/>	
Raison ou numéro d'écart de la déclaration en hors portée :	

*Cet enregistrement est à archiver dans le dossier de confirmation*

\* à remplir par le responsable